



211512340384

正本



JMH-2502-0531

检测报告

锦铭（检）字[25-02] 第064号

项目名称： 废水检测

委托单位： 德州博旺五金工具制品有限公司




检测类别： 委托检测

报告日期： 2025年3月4日

山东锦铭检测技术有限公司

(检测专用章)



基本情况			
受检单位	德州博旺五金工具制品有限公司		
受检单位地址	山东省德州市德城区天衢工业园育英大街 3333 号		
联系人	李忠军	联系电话	15205344202
采样日期	2025.02.26	采样人员	孙枫、王向东
检验类别	委托检验	样品类型	废水
样品来源	现场采样/检测	分包	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
样品状态及数量	废水：G 玻璃瓶×24，P 塑料瓶×3，DO 溶解氧瓶×3，保存完好。		
检测日期	2025.02.26-2025.03.03		
备注	/		
检测项目	废水：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、悬浮物、石油类、总锌、BOD ₅ 、阴离子表面活性剂、磷酸盐。		
<p>报告编制：  日期：2025.3.4</p> <p>报告审核：  日期：2025.3.4</p> <p>报告签发：  (盖章) 日期：2025.3.4</p>			

锦铭检测



一、项目检测依据、设备及检出限

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
废水	pH	HJ 1147-2020	便携式 pH 计 P611	JM/YQ-217	/
	化学需氧量	HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JCD-JHR12	JM/YQ-26	4mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.025mg/L
	总磷	GB/T 11893-1989	可见分光光度计 721G	JM/YQ-233	0.01mg/L
	总氮	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.05mg/L
	氟化物	GB 7484-1987	氟离子计 P907	JM/YQ-59	0.05mg/L
	悬浮物	GB/T 11901-1989	电子天平 AL204 电热鼓风干燥箱 101 型	JM/YQ-4 JM/YQ-136	4mg/L
	石油类	HJ 637-2018	红外测油仪 D18-B	JM/YQ-16	0.06mg/L
	总锌	GB/T 7475-1987	火焰/石墨炉原子 吸收分光光度计 AA-6880	JM/YQ-31	0.01mg/L
	BOD ₅	HJ 505-2009	生化培养箱 SHX-250II	JM/YQ-23	0.5mg/L
			溶解氧仪 JPSJ-606L	JM/YQ-55	
	阴离子表面活性剂	GB 7494-1987	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.05mg/L
	磷酸盐	GB/T 11893-1989	可见分光光度计 721G	JM/YQ-233	0.01mg/L

二、检测结果

检测点位	综合废水排放口		
采样日期	2025.02.26		
样品编号	0531WS1101	0531WS1102	0531WS1103
pH (无量纲)	7.6	7.4	7.6
化学需氧量 (mg/L)	43	35	47
氨氮 (mg/L)	1.33	1.04	1.14
总磷 (mg/L)	0.91	0.79	1.12
总氮 (mg/L)	4.40	3.67	4.81
氟化物 (mg/L)	1.23	0.93	1.07
悬浮物 (mg/L)	24	26	28
石油类 (mg/L)	0.73	0.93	0.87
总锌 (mg/L)	0.72	0.58	0.53
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
磷酸盐 (mg/L)	0.44	0.39	0.27
BOD ₅ (mg/L)	16.7	14.5	13.4
本页以下空白			

三、现场采样照片



****报告结束****



检测报告声明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 标志和骑缝章无效；
2. 报告无授权签字人签发无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本公司同意，不得部分复制本报告；
8. 检测报告包括：封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章；
9. 标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内，分包检测。

山东锦铭检测技术有限公司

电 话： 0534—5011722

邮 编： 253000

地 址： 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处康博大道 668 号山东新华书店集团有限公司 11 层 1101

